

Förhindra spridning av humant papillomvirus (HPV) vid laserbehandling

Det finns en liten risk för spridning till sjukvårdspersonal av HPV vid laserbehandling/bränning av HPV orsakade förändringar, exempelvis kondylom. Risken för smittspridning via rök är inte stor men finns beskriven.

De viktigaste punkterna för att minska smittspridning är:

- Punktsug
- God ventilation i rummet där man arbetar
- Personlig skyddsutrustning med bl.a. andningsmask FFP3 enligt (AFS 2001:3).

Folkhälsomyndigheten om HPV infektion

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/smittsamma-sjukdomar/hpv-infektion/>

Arbetsmiljöverkets föreskrift om personlig skyddsutrustning (AFS 2001:3)

<https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/publikationer/foreskrifter/anvandning-av-personlig-skyddsutrustning-afs-200103-foreskrifter/>

Center for disease control, (CDC)

<https://www.cdc.gov/niosh/topics/healthcarehps/smoke.html>

Signar Mäkitalo
Smittskyddsläkare
Region Gävleborg