

Provtagningsanvisning Cytologi Pleura - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg

Remiss	- Elektronisk remiss från journalsystem i Gävleborgs län eller - Pappersremiss: Allmän Cytologi
Provtagning	Använd: Flaska med skruvlock 250 mL Flaska med skruvlock 100 mL Provet: Lämplig mängd 100 mL, dock ej mer än 200 mL. Vid blodigt exsudat tillsätts 1 mL heparin/200mL exsudat. Använd Heparin 5000 IE/mL. Låt patienten rotera några varv i sängen eller gå några steg före tappning för att undvika sedimentation av cellerna.
Förvaring/Transport	Vätskan ska förvaras i kylskåp.
Analyserande laboratorium	Enheten för Klinisk Patologi och Cytologi
Referensintervall	Ej tillämpligt
Svarstid	Vanligen inom 5 arbetsdagar (måndag-fredag)
Ackrediterad	Nej
Efterbeställning	Kompletterande analys i form av immunhistokemisk analys på cellblock sker utifrån cytodiagnostikers/patologläkares bedömning. Eftergranskning av preparat sker på begäran.
Patientinformation	Ej tillämpligt
Biobanksprov	Ja

Kommentarer/Övrig upplysning	Ingen övrig kommentar
Medicinsk bakgrund/indikation	Misstänkt malignitet pga. ökad mängd pleuravätska.

Revideringar

Datum	Revisions nr	Orsak
2023-07-11	6	Lagt in denna tabell. Övergripande kontroll av provtagningsanvisning. Rättade till länk till pappersremiss. Ny upprättare.