

Nyhetsbrev 2 2022

Nyhetsbrev från PNA-teamet

Med nyheter från Laboratoriemedicin

Ändrade provtagningsanvisningar för blododling

I de nya rekommendationerna för blododling finns några förändringar, bland annat gällande blodvolymen.

- Volymen blod är viktig, 40-60 ml (4-6 flaskor) krävs för att nå en hög känslighet vid analysen.
- Det går att ta blod till alla flaskor från ett stick om det först tas ett "slaskrör".
- Hud och flaskmembran behöver desinficeras mycket noggrant innan provtagning. Detta är viktigt för att minska kontamination.

Se [provtagningsanvisningen för blododling](#) eller [anvisning i Vårdhandboken](#).

Ändrade provtagningsanvisningar för elfores

Från och med 1 juni är det serumrör (5 mL, gul propp med separationsgel) som ska användas vid provtagning för proteinelfores istället för Li-heparinrör.

I samband med förändringen tas analys av fibrinogen bort från elforesprofilen.

Anledningen till förändringen är att serumprover underlättar upptäckt av M-komponent (monoklonalt band) på gel i området där fibrinogen visar sig.

Se publicerad info på Plexus här: [Proteinelfores – serumrör ersätter Li-heparinrör](#)

Se uppdaterad provtagningsanvisning här: [Provtagningsanvisning Proteinelfores i serum - Hälso- och sjukvård Region Gävleborg](#)



Kylklampar i provväskor

Äntligen sommar! I samband med att temperaturen stiger utomhus vill vi påminna om att en kylklamp behöver läggas i provväskorna som går från hälsocentralerna och de som skickas med sjukresebuss från 1 maj till 30 september.

Välj endast kylklampar som förvarats i kyl (ej frys!) och placera den utanför plastpåsen i botten av väskan.



Glad sommar!

